

Fiche Technique : Batterie Médical

Marque : Fluke

Version : Compatible

Désignation : Testeur d'incubateur INCU II, BP-INCU II

Tension : 7,4v

Capacité : 7800mah

Watt-heure : 57,72Wh

Type : Li-ion

Dimensions : 110.20x 70x 18.50mm

Poids : 0,271kg

Référence : M2643



MULTIBATT SRL
Tél : (+32) 69 54 53 02
E-Mail : alex@multibatt.be
Web : www.multibatt.be

