

Fiche Technique : Batterie Médical

**Marque** : Philips

**Version** : Original

**Désignation** : Moniteur de Signes Vitaux Earlyvue VS30, 989803199221  
( PageWriter TC20,TC30,TC50,TC70, SureSigns VS4) **Non Compatible VS3 / VS2 / VM**  
( Efficia CM100 Avec révision logicielle C.XX ou supérieure )

**Tension** : 11,1v

**Capacité** : 7800mah

**Watt-heure** : 88,6Wh

**Type** : Li-ion

**Dimensions** : 150x 90x 20mm

**Poids** : 0,460kg

**Référence** : M64890



**MULTIBATT SRL**  
Tél : (+32) 69 54 53 02  
E-Mail : alex@multibatt.be  
Web : www.multibatt.be

