



## Fiche Technique : Batterie Médical

**Marque :** Philips

**Version :** Original

**Désignation :** Moniteur de Signes Vitaux Earlyvue VS30, 989803199221  
( PageWriter TC20,TC30,TC50,TC70, SureSigns VS4) **Non Compatible VS3 / VS2 / VM**  
( Efficia CM100 Avec révision logicielle C.XX ou supérieure )

**Tension :** 11,1v

**Capacité :** 7800mah

**Watt-heure :** 88,6Wh

**Type :** Li-ion

**Dimensions :** 150x 90x 20mm

**Poids :** 460g

**Référence :** M6489O



**MULTIBATT SRL**

Tél : (+32) 69 54 53 02

E-Mail : alex@multibatt.be

Web : www.multibatt.be

